

| 측 정 분 야(Measurement Field) : 205. 진공(Vaccum) | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|--------------|---|----------------------|
| 분류 번호 | 측정기명 | 권장교정주기 | | 표준 교정수수료 (원) | | |
| | | 교정용 표준기 | 정밀 계기 이하 | 기본 수수료 | 추가 수수료 | 표준소급비 |
| 20501 | 용량형 진공계 (Capacitance diaphragm gauges) | 12 | 12 | 실비 | | 기본 및 추가 수수료의 10 % |
| 20502 | 점성 진공계 (Spinning rotor gauges) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| 20503 | 이온 진공계 (Ionization gauges) | 12 | 12 | 실비 | | " |
| 20504 | 열전도형 진공계; 피라니, 열전대, 컨벡트론 등 (Thermal conductivity gauges; pirani, thermocouple, convectron, etc.) | 12 | 12 | 실비 | 피라니 진공계(Pirani vacuum gauges), 열전대 진공계 (Thermocouple vacuum gauges) 동일 적용 | " |
| 20505 | 표준 리크 및 헬륨리크 검출기 (Standard leaks, Helium leak dectors) | 24 | 24 | 실비 | | " |